



DS-P900T

全自动高速旋光仪

0.01 级高精度旋光度检测
满足制药化工质检合规需求
采用 10.1 寸大触摸屏操控



彩谱 DS P900T 全自动高速旋光仪，是一款面向制药、化工、食品、制糖及科研质检领域的全自动高精度光学分析仪器。仪器采用 LED 光源配合高精度干涉滤光片，输出 589nm 钠 D 光谱，结合多点自动校准技术，可实现旋光度、比旋度、浓度、糖度及用户自定义等多种测量模式的快速精准测定。全量程响应速度高达 8°/秒，平均 26 秒即可完成 6 次测量。全系标配 10.1 寸 IPS 电容触摸屏与嵌入式操作系统，支持 LIMS 系统对接；配合 128GB 大容量存储、最多 1500 组测量方法存储量、用户分级管理及电子签名 / 数据溯源功能，在保证高精度、高效率的同时兼顾数据合规，是现代化实验室 QC 检测的理想之选。

六大核心卖点

01 多模式高精度检测

旋光度 / 比旋度 / 浓度 / 糖度 / 自定义；
0.01 级准确度，最小读数可达 0.0001°。

02 高速高效测试

全量程响应 8°/秒，平均 26 秒完成 6 次测量；589nm 钠 D 光谱；可测低透过率深色样品。

03 精准恒温控制

支持 10-60℃控温，温控精度 ±0.1℃。

04 智能交互与大容量存储

10.1 寸 IPS 触摸屏、嵌入式系统(可连 LIMS)；128GB 存储，最多 1500 组测量方法存储量，支持多点自动校准。

05 合规数据管理

可选 FDA 审计追踪软件；4 级密码分级管理；最多 1000 组用户；支持电子签名、数据溯源。

06 丰富通讯接口

RS232、双 USB、WiFi 接口；支持 LIMS 系统对接，可适配 WiFi 打印机，方便数据传输与报告打印。

应用领域



制药行业



精细化工行业



食品行业



化妆品/日化



材料科学领域



高校与科研院所

技术参数

仪器型号	DS P900T
测量模式	旋光度 / 比旋度 / 浓度 / 糖度 / 用户自定义
测量方法存储数量	1500
密码分级管理	4 级
用户数量	1000
电子签名/数据溯源	有
审计追踪	可选配 (FDA 软件)
仪器光源	发光二极管 (LED) + 高精度干涉滤光片
工作波长	589nm (钠 D 光谱)
测量范围	$\pm 90^{\circ}$ (旋光度) $\pm 259^{\circ}\text{Z}$ (糖度)
最小读数	0.0001°
相对误差	$\leq 0.003^{\circ}$
重复性 (标准偏差)	$\leq 0.002^{\circ}$
零位重复性	0.0004°
样品最低透过率	0.01%
响应速度 (全量程)	8°/秒
测量时间	平均 26 秒可测 6 次
温度显示范围	20~120℃
控温方式及范围	10 60℃
温控准确度	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
操作系统	嵌入式操作系统 (可连接 LIMS 系统)
显示方式	10.1 寸 IPS 电容触摸屏
校准方式	多点自动校准
数据存储	128g
通信接口	1×RS232、2×USB、WIFI
打印机型号	可适配 WIFI 打印机
试管	100/200mm 普通型, 100mm 控温型
电源	220V $\pm$ 22V, 50Hz $\pm$ 1Hz, 250W
仪器尺寸	774mm×326mm×229mm
仪器净重	18.95kg
准确度	0.01 级